

Zertifikat**Certificate**
Zertifikat Nr. Certificate No.
 I 50053147

Blatt Page
 0001

Ihr Zeichen Client Reference
 04CA39176

Unser Zeichen Our Reference
 ZO-VKA- 12303620 001

Ausstellungsdatum
 26.11.2004

Date of Issue
 (day/month/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
 Sony Corp
 6-7-35 Kita-Shinagawa
 Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001
 Japan

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
 Sony EMCS Corp. Kohda TEC
 Bldg. 5, 30 Azukizaka, Miai-cho
 Okazaki-shi, Aichi 444-0802
 Japan
Prüfzeichen Test Mark**Geprüft nach Tested acc. to**

IEC 60601-1:1988+A1+A2

EN 60601-1:1990+A1+A2+A13




Dieses Zertifikat allein berechtigt den Inhaber nicht zur Anbringung der CE Kennzeichnung.
 This certificate alone does not entitle the holder to attach the CE marking.

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)
Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit
EDV-Drucker Digital Film Imager

UMDNS Code 17-508

Bezeichnung : UP-D72XR
(Type Designation)
Nennspannung : AC 100-120/220-240V
(Rated Voltage)
Nennfrequenz : 50/60Hz
(Rated Frequency)
Nennstrom : 2,9/1,3A
(Rated Current)
Klassifikationen : Schutzklasse I
 MDD-Klasse I, Regel 12
(Classifications) : Protection Class I
 MDD Class I, rule 12)
ANLAGE (Appendix) 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
 Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
 This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
 fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
 Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
 Fax: (+49/221)8 06 39 35 http://www.tuv.com/safety

 Dipl.-Ing. W. Berlitschke

C E R T I F I C A T E
of Conformity



Registration No.: AK 50050788 0001

Report No.: 12009643 001

Holder: Sony Corp.
6-7-35 Kita-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001
Japan


Product: EDV-Drucker
Digital Film Imager

Identification: Type Designation : UP-D72XR
Serial Number : No.18
Equipment Classes : B (EN 55011:1998+A1+A2)
B (EN 55022:1998)
Equipment Group : 1 (EN 55011:1998+A1+A2)

Tested acc. to: EN 60601-1-2:2001
EN 55011:1998+A1+A2
EN 55022:1998
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1
EN 55024:1998+A1+A2

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the standards mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Cologne, 15.10.2004



Certification Body

Dipl.-Ing. W. Herlitschke

TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln